Chroniques en moyennes journalières et horaires sur les SMP de la Sélune - 05/2019

SMP de la Sélune - Température de l'eau (en °C)



SMP de la Sélune - Conductivité (en µS/cm)



SMP de la Sélune - Oxygène dissous (en mg/l)



SMP de la Sélune - pH (en u pH)



Les croix correspondent à des données douteuses.

Commentaires associés aux SMP de la Sélune – 05/2019

Station Pt de Virey

Bon fonctionnement de la station

Station Pont de Dorière

01/05/2019 - 01/06/2019 - TE : Capteur hors service

01/05/2019 - 01/06/2019 - CD : Capteur hors service

15/05/2019 - 01/06/2019 - PH : Capteur hors service

Station Roche qui boit

Bon fonctionnement de la station

Général :

Passage du prestataire Aquabio le 27/05/2019.

Le responsable de validation :	Le chargé d'affaire :
FREDERIC LLEDO	Ludovic MICHEL

Données journalières sur les SMP de la Sélune – 05/2019

	TE Pt de Virey	TE Pont de dorière	TE Roche qui boit	CD Pt de Virey	CD Pont de dorière	CD Roche qui boit	O2 Pt de Virey	O2 Pont de dorière	O2 Roche qui boit	PH Pt de Virey	PH Pont de dorière	PH Roche qui boit
01/05/2019	12.6		13.1	242		241	10.0	10.3	10.4	7.1		7.3
02/05/2019	13.1		13.0	241		247	9.9	10.2	10.4	7.1		7.4
03/05/2019	12.9		13.4	245		248	9.9	10.2	10.3	7.1		7.5
04/05/2019	11.8		13.4	248		250	10.1	10.1	10.3	7.1		7.5
05/05/2019	10.4		12.5	253		252	10.7	10.4	10.6	7.1		7.4
06/05/2019	10.1		12.1	253		253	10.9	10.1	10.7	7.1		7.4
07/05/2019	11.1		12.6	253		253	10.5	10.3	10.5	7.1		7.4
08/05/2019	12.4		12.2	250		255	9.6	9.9	10.4	7.0		7.4
09/05/2019	12.5		12.6	226		256	9.2	10.1	10.3	6.9		7.4
10/05/2019	11.8		12.8	222		245	9.6	9.3	10.4	6.9		7.4
11/05/2019	12.3		12.2	207		235	9.4	9.2	10.6	6.9		7.3
12/05/2019	12.9		13.2	203		222	9.7	10.1	10.5	6.9		7.3
13/05/2019	13.1		13.7	228		212	9.8	10.0	10.4	7.0		7.3
14/05/2019	13.6		14.0	239		212	9.6	9.9	10.2	7.0		7.4
15/05/2019	14.0		14.4	247		223	9.5	9.8	10.1	7.0		7.5
16/05/2019	13.8		14.8	252		239	9.5	9.7	10.0	7.1		7.6
17/05/2019	13.6		14.4	258		253	9.5	9.6	10.0	7.1		7.6
18/05/2019	13.6		14.4	259		260	9.6	9.7	10.0	7.1		7.6
19/05/2019	13.0		14.5	259		265	9.5	8.7	9.9	7.0		7.7
20/05/2019	13.6		14.1	257		263	9.7	9.8	10.1	7.1		7.6
21/05/2019	14.0		14.8	202		260	8.9	9.9	10.0	6.7		7.8
22/05/2019	14.8		15.5	240		246	9.2	9.6	9.8	6.9		7.6
23/05/2019	15.4		15.9	251		231	9.1	9.5	9.6	6.9		7.5
24/05/2019	15.8		16.0	255		243	9.0	9.5	9.6	7.0		7.5
25/05/2019	16.1		16.6	256		256	8.9	9.6	9.5	7.0		7.7
26/05/2019	15.8		16.9	258		261	8.8	9.5	9.4	7.0		7.7
27/05/2019	15.8		16.6	257		255	8.9	9.3	9.5	7.1		7.7
28/05/2019	15.2		16.6	255		248	8.9	9.8	9.5	7.1		7.6
29/05/2019	14.1		16.5	254		250	9.3	10.2	9.6	7.1		7.6
30/05/2019	14.8		16.0	253		254	9.2	10.3	9.8	7.1		7.6
31/05/2019	16.2		16.7	254		254	9.0	9.7	9.7	7.1		7.9

	TE Pt de Virey	TE Pont de dorière	TE Roche qui boit	CD Pt de Virey	CD Pont de dorière	CD Roche qui boit	O2 Pt de Virey	O2 Pont de dorière	O2 Roche qui boit	PH Pt de Virey	PH Pont de dorière	PH Roche qui boit
Min	8.7		11.6	172		210	8.3	5.8	9.3	6.5		7.1
Centile 10%	11.5		12.3	220		224	8.7	9.0	9.5	6.9		7.3
Médiane	13.4		14.2	252		250	9.4	9.8	10.1	7.0		7.5
Centile 90%	15.8		16.7	258		262	10.4	10.7	10.6	7.2		7.7
Max	17.9		17.3	266		266	11.8	11.8	10.8	7.4		8.2
Moyenne	13.6		14.4	244		247	9.5	9.8	10.1	7.0		7.5

% de données présentes	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00
% de données correctes	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100.00

Les synthèses sont élaborées à partir des données horaires

Chronique horaire de transport sédimentaire fin sur le site de Sélune 1 (FNU) - 05/2019





Les croix correspondent à des données douteuses.

Commentaires associés au site Sélune 1 (FNU) – 05/2019

Station Pont de Virey

12/05/2019 - 16/05/2019 - TF : Anomalie mesure: données supprimées suite à un encrassement du capteur.

22/05/2019 - 27/05/2019 - TF : Anomalie mesure: données supprimées suite à un encrassement du capteur.

Station Pont de Dorière

07/05/2019 - 01/06/2019 - TF : Sonde hors service.

Station Roche qui boit

Bon fonctionnement de la station

Général :

Passage du prestataire Aquabio le 27/05/2019.

Le responsable de validation : Frederic LLEDO	Le chargé d'affaire : Ludovic MICHEL

Résumé des données sur le site de Sélune 1 (FNU) – 05/2019

Données journalières

	TF Pont de Virey (en FNU)	TF Pont de Dorière (en FNU)	TF Roche qui boit (en FNU)	DI Roche qui boit (en m3/s)	DN Pont de Virey (en m3/s)
01/05/2019	13		29	5	4
02/05/2019	14		27	5	4
03/05/2019	14		31	5	4
04/05/2019	14		26	5	4
05/05/2019	13		22	5	4
06/05/2019	13		21	5	4
07/05/2019	13		35	5	4
08/05/2019	20		39	5	5
09/05/2019	32		26	7	6
10/05/2019	30		42	7	5
11/05/2019	64		60	7	9
12/05/2019			51	8	6
13/05/2019			48	6	4
14/05/2019			34	4	4
15/05/2019			24	5	4
16/05/2019			19	5	4
17/05/2019	12		19	5	4
18/05/2019	12		19	5	3
19/05/2019	13		18	5	3
20/05/2019	15		18	4	4
21/05/2019	290		19	4	6
22/05/2019			63	5	4
23/05/2019			69	4	3
24/05/2019			37	4	3
25/05/2019			22	4	3
26/05/2019			17	4	3
27/05/2019			18	4	3
28/05/2019	16		16	4	3
29/05/2019	16		14	3	3
30/05/2019	16		15	4	3
31/05/2019	16		11	4	3

Statistiques sur les données horaires

Min			10	3	3
Centile 10%			15	4	3
Médiane			23	5	4
Centile 90%			54	7	6
Max			93	8	11
Moyenne			29	5	4
Somme			21 803	3 635	3 027

Qualité des données horaires

% présentes	71.10	0.00	100.00	100.00	100.00
% validées	100.00	-	100.00	0.00	0.00
% correctes / validées	71.10	-	100.00	-	-
% modifiées / validées	0.13	-	0.13	-	-

Chronique horaire de transport sédimentaire fin sur le site de Sélune 2 (mg/l) - 05/2019





Les croix correspondent à des données douteuses.

Commentaires associés au site Sélune 2 (mg/l) – 05/2019

Station Pont de Virey

Bon fonctionnement de la station

Station Pont de la Dorière

07/05/2019 - 01/06/2019 - TU : Sonde hors d'eau. Données supprimées.

Station La Roche Qui Boit

07/05/2019 - 11/05/2019 - TU : Anomalie mesure: données supprimées suite à des valeurs aberrantes liées à de probables macrophytes devant le capteur.

Général :

Passage du prestataire Aquabio le 27/05/2019.

Le responsable de validation : Frederic LLEDO	Le chargé d'affaire : Ludovic MICHEL

Résumé des données sur le site de Sélune 2 (mg/l) – 05/2019

Données journalières

	TU Pont de Virey (en mg/l)	TU Pont de la Dorière (en mg/l)	TU La Roche Qui Boit (en mg/l)	DN Pont de Virey (en m³/s)	DI La Roche Qui Boit (en m³/s)
01/05/2019	18	60	37	4.07	5.13
02/05/2019	19	79	39	3.99	5.16
03/05/2019	19	94	47	3.94	5.08
04/05/2019	18	93	33	3.81	5.11
05/05/2019	16	85	28	3.69	4.65
06/05/2019	15	66	28	3.60	4.85
07/05/2019	14			3.61	4.78
08/05/2019	21			4.57	4.64
09/05/2019	36			6.08	6.89
10/05/2019	32			5.32	7.08
11/05/2019	79			9.12	7.10
12/05/2019	53		69	5.90	7.72
13/05/2019	26		63	4.36	5.75
14/05/2019	22		46	3.87	4.16
15/05/2019	21		33	3.66	4.50
16/05/2019	20		27	3.52	5.23
17/05/2019	20		27	3.54	5.24
18/05/2019	20		26	3.46	4.99
19/05/2019	19		25	3.42	4.75
20/05/2019	20		26	3.59	4.37
21/05/2019	506		28	6.26	4.44
22/05/2019	47		82	3.71	4.74
23/05/2019	31		90	3.39	4.24
24/05/2019	28		49	3.45	4.03
25/05/2019	26		26	3.23	4.03
26/05/2019	25		21	3.11	3.89
27/05/2019	26		22	3.21	3.87
28/05/2019	27		21	3.20	3.87
29/05/2019	25		18	3.10	3.36
30/05/2019	31		19	3.17	3.87
31/05/2019	26		14	3.08	3.87

Statistiques sur les données horaires

Min	12			2.97	2.62
Centile 10%	16			3.15	3.87
Médiane	23			3.61	4.74
Centile 90%	42			5.61	7.09
Max	2 050			10.99	7.74
Moyenne	42			4.07	4.89
Somme	31 319			3 026.70	3 634.63

Qualité des données horaires

% présentes	100.00	21.91	85.62	100.00	100.00
% validées	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
% correctes / validées	100.00	21.91	85.62	-	-
% modifiées / validées	1.88	0.00	0.13	-	-