Chroniques en moyennes journalières et horaires sur les SMP de la Sélune - 08/2019

SMP de la Sélune - Température de l'eau (en °C)



SMP de la Sélune - Conductivité (en µS/cm)



SMP de la Sélune - Oxygène dissous (en mg/l)



SMP de la Sélune - pH (en u pH)



Les croix correspondent à des données douteuses.

Commentaires associés aux SMP de la Sélune – 08/2019

Station Pt de Virey

Bon fonctionnement de la station

Station Pont de dorière

01/08/2019 - 01/09/2019 - TE : Station envasée, en attente de solution pérenne.

01/08/2019 - 01/09/2019 - O2 : Station envasée, en attente de solution pérenne.

01/08/2019 - 01/09/2019 - PH : Station envasée, en attente de solution pérenne.

01/08/2019 - 01/09/2019 - CD : Station envasée, en attente de solution pérenne.

Station Roche qui boit

Bon fonctionnement de la station

Général :

Passage du prestataire Aquabio sur les stations le 05/08/19 et le 23/08/19.

Le responsable de validation :	Le chargé d'affaires :
FREDERIC LLEDO	Ludovic MICHEL

Données journalières sur les SMP de la Sélune – 08/2019

	TE Pt de Virey	TE Pont de dorière	TE Roche qui boit	CD Pt de Virey	CD Pont de dorière	CD Roche qui boit	O2 Pt de Virey	O2 Pont de dorière	O2 Roche qui boit	PH Pt de Virey	PH Pont de dorière	PH Roche qui boit
01/08/2019	18.5		20.0	269		312	7.7		8.8	7.0		7.6
02/08/2019	18.7		19.7	291		297	8.1		8.8	7.2		7.6
03/08/2019	19.1		20.5	296		294	7.9		8.7	7.2		7.9
04/08/2019	19.4		20.4	301		295	7.9		8.5	7.3		7.7
05/08/2019	18.9		20.2	312		299	8.1		8.4	7.3		7.6
06/08/2019	18.4		19.9	308		301	8.3		8.5	7.4		7.6
07/08/2019	18.9		19.8	307		303	8.4		8.5	7.5		7.5
08/08/2019	19.4		20.6	306		303	8.3		8.4	7.4		7.6
09/08/2019	20.0		21.1	301		302	7.6		7.7	7.3		7.5
10/08/2019	19.3		20.4	322		302	7.9		6.6	7.4		7.5
11/08/2019	18.4		20.1	311		301	8.0		5.9	7.3		7.5
12/08/2019	17.5		19.4	315		302	8.3		6.1	7.3		7.4
13/08/2019	16.2		19.0	317		304	8.6		6.7	7.3		7.4
14/08/2019	16.2		18.9	303		304	8.6		6.3	7.3		7.4
15/08/2019	17.0		18.3	302		305	8.2		6.1	7.2		7.3
16/08/2019	17.2		18.7	305		303	8.5		5.9	7.2		7.4
17/08/2019	17.7		18.7	308		302	7.9		6.1	7.2		7.4
18/08/2019	17.4		18.3	260		286	7.6		7.0	7.0		7.4
19/08/2019	17.2		18.3	258		294	8.0		8.9	7.1		7.6
20/08/2019	16.8		18.1	269		283	8.2		8.7	7.1		7.5
21/08/2019	16.5		18.1	296		280	8.4		8.8	7.1		7.4
22/08/2019	16.9		18.0	313		273	8.7		8.7	7.1		7.4
23/08/2019	17.5		18.3	330		277	8.7		8.7	7.3		7.4
24/08/2019	18.1		18.9	346		280	8.7		8.7	7.4		7.4
25/08/2019	19.0		18.7	345		284	8.5		8.7	7.3		7.4
26/08/2019	19.7		19.1	354		292	8.3		8.7	7.4		7.4
27/08/2019	20.2		19.6	355		299	8.2		8.6	7.3		7.5
28/08/2019	20.1		20.1	346		306	7.5		8.5	7.2		7.6
29/08/2019	19.7		20.1	345		317	7.9		8.6	7.3		7.6
30/08/2019	18.4		19.9	353		321	8.3		8.6	7.3		7.7
31/08/2019	18.5		19.7	359		329	8.3		8.6	7.4		7.6

	TE Pt de Virey	TE Pont de dorière	TE Roche qui boit	CD Pt de Virey	CD Pont de dorière	CD Roche qui boit	O2 Pt de Virey	O2 Pont de dorière	O2 Roche qui boit	PH Pt de Virey	PH Pont de dorière	PH Roche qui boit
Min	14.9		17.3	210		235	6.5		5.2	6.9		7.3
Centile 10%	16.4		18.2	273		279	7.1		6.1	7.1		7.4
Médiane	18.2		19.5	309		301	8.0		8.4	7.2		7.5
Centile 90%	20.2		20.5	352		312	9.5		8.9	7.5		7.7
Max	22.1		21.6	367		342	10.6		9.3	7.8		8.4
Moyenne	18.3		19.4	313		298	8.2		7.9	7.3		7.5

% de données présentes	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
% de données correctes	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00	100.00	-	100.00

Les synthèses sont élaborées à partir des données horaires

Chronique horaire de transport sédimentaire fin sur le site de Sélune 1 (FNU) - 08/2019





Les croix correspondent à des données douteuses.

Commentaires associés au site Sélune 1 (FNU) – 08/2019

Station Pont de Virey

01/08/2019 - 02/08/2019 - TF : Anomalie mesure: dérive des valeurs due à l'encrassement du capteur (données supprimées).

02/08/2019 - 05/08/2019 - TF : Anomalie mesure: dérive des valeurs due à l'encrassement du capteur (données supprimées).

11/08/2019 - 18/08/2019 - TF : Anomalie mesure: dérive des valeurs due à l'encrassement du capteur (données supprimées).

30/08/2019 - 01/09/2019 - TF : Anomalie mesure: dérive des valeurs due à l'encrassement du capteur (données supprimées).

Station Pont de Dorière

01/08/2019 - 01/09/2019 - TF : Station envasée, en attente de solution pérenne.

Station Roche qui boit

15/08/2019 - 16/08/2019 - TF : Anomalie mesure: dérive des valeurs due à l'encrassement du capteur (données supprimées).

18/08/2019 - 19/08/2019 - TF : Anomalie mesure: dérive des valeurs due à l'encrassement du capteur (données supprimées).

Général :

Passage du prestataire Aquabio sur les stations le 05/08/19 et le 23/08/19.

Le responsable de validation : Frederic LLEDO	Le chargé d'affaires : Ludovic MICHEL

Résumé des données sur le site de Sélune 1 (FNU) – 08/2019

Données journalières

	TF Pont de Virey (en FNU)	TF Pont de Dorière (en FNU)	TF Roche qui boit (en FNU)	DI Roche qui boit (en m3/s)	DN Pont de Virey (en m3/s)
01/08/2019			37	3	1
02/08/2019			30	3	1
03/08/2019			22	3	1
04/08/2019			21	2	1
05/08/2019			18	2	1
06/08/2019	10		13	2	1
07/08/2019	10		15	2	1
08/08/2019	10		18	2	1
09/08/2019	13		26	2	1
10/08/2019	18		37	2	1
11/08/2019			43	2	1
12/08/2019			41	2	1
13/08/2019			38	2	1
14/08/2019			33	2	1
15/08/2019				2	1
16/08/2019				2	1
17/08/2019			30	2	1
18/08/2019				4	3
19/08/2019	20			4	2
20/08/2019	12		38	2	1
21/08/2019	12		32	2	1
22/08/2019	9		29	2	1
23/08/2019	8		34	2	1
24/08/2019	8		33	2	1
25/08/2019	8		37	2	1
26/08/2019	9		30	2	1
27/08/2019	10		25	2	1
28/08/2019	12		20	2	1
29/08/2019	17		19	2	1
30/08/2019			16	2	1
31/08/2019			15	1	1

Statistiques sur les données horaires

Min			11	1	1
Centile 10%			15	2	1
Médiane			29	2	1
Centile 90%			41	3	1
Max			59	5	3
Moyenne			28	2	1
Somme			19 407	1 466	934

Qualité des données horaires

% présentes	60.75	0.00	92.34	100.00	100.00
% validées	100.00	-	100.00	0.00	0.00
% correctes / validées	60.75	-	92.34	-	-
% modifiées / validées	0.00	-	2.55	-	-

Chronique horaire de transport sédimentaire fin sur le site de Sélune 2 (mg/l) - 08/2019





Les croix correspondent à des données douteuses.

Commentaires associés au site Sélune 2 (mg/l) – 08/2019

Station Pont de Virey

01/08/2019 - 05/08/2019 - TU : Anomalie mesure: dérive des valeurs due à l'encrassement du capteur (données supprimées).

Station Pont de la Dorière

01/08/2019 - 01/09/2019 - TU : Station envasée, en attente de solution pérenne.

Station La Roche Qui Boit

Bon fonctionnement de la station

Général :

Passage du prestataire Aquabio sur les stations le 05/08/19 et le 23/08/19.

Le responsable de validation : Frederic LLEDO	Le chargé d'affaire : Ludovic MICHEL

Résumé des données sur le site de Sélune 2 (mg/l) – 08/2019

Données journalières

	TU Pont de Virey (en mg/l)	TU Pont de la Dorière (en mg/l)	TU La Roche Qui Boit (en mg/l)	DN Pont de Virey (en m³/s)	DI La Roche Qui Boit (en m³/s)
01/08/2019			39	1.47	3.09
02/08/2019			34	1.31	2.77
03/08/2019			26	1.21	2.66
04/08/2019			21	1.15	2.02
05/08/2019			17	1.13	1.58
06/08/2019	14		16	1.23	1.58
07/08/2019	14		18	1.24	1.58
08/08/2019	14		20	1.17	1.58
09/08/2019	15		29	1.31	1.60
10/08/2019	17		40	1.44	1.70
11/08/2019	16		45	1.17	1.70
12/08/2019	14		41	1.20	1.70
13/08/2019	15		34	1.32	1.61
14/08/2019	15		28	1.24	1.58
15/08/2019	16		30	1.30	1.84
16/08/2019	16		27	1.24	1.96
17/08/2019	18		25	1.28	1.97
18/08/2019	39		27	2.78	3.60
19/08/2019	30		34	1.91	3.69
20/08/2019	19		36	1.36	2.49
21/08/2019	15		31	1.23	2.07
22/08/2019	15		27	1.16	1.84
23/08/2019	16		32	1.10	1.70
24/08/2019	12		38	1.06	1.70
25/08/2019	12		41	1.01	1.70
26/08/2019	12		35	1.01	1.70
27/08/2019	12		29	0.98	1.70
28/08/2019	14		25	0.98	1.69
29/08/2019	15		23	1.00	1.60
30/08/2019	14		18	0.95	1.58
31/08/2019	14		16	0.93	1.50

Statistiques sur les données horaires

Min			15	0.81	1.46
Centile 10%			17	0.99	1.58
Médiane			28	1.20	1.70
Centile 90%			41	1.45	2.77
Max			96	3.49	4.74
Moyenne			29	1.26	1.97
Somme			21 717	933.94	1 466.10

Qualité des données horaires

% présentes	88.31	0.00	100.00	100.00	100.00
% validées	100.00	-	100.00	0.00	0.00
% correctes / validées	88.31	-	100.00	-	-
% modifiées / validées	1.88	-	1.08	-	-